

貯存疫苗的雪櫃溫度檢查表

- 所有疫苗（季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗），須保存於攝氏 +2°C 至 +8°C 雪櫃內備用。
 - 必須使用疫苗專用雪櫃，切勿使用家用雪櫃或一般小型單門雪櫃貯存疫苗。
 - 除非雪櫃有內置儀器可以自動生成／下載溫度記錄，否則每日須檢查三次（上午、中午及下午 各一次）雪櫃內的現時、最高及最低溫度，並記錄在本表格上。請於每次記錄雪櫃溫度後，重置最高最底溫度計。
 - 請保留此記錄至少一年，以便有需要時作參考。

****註:** 如雪櫃溫度 低於攝氏+2 度或高於攝氏+8 度，

1. 請暫勿使用受影響的疫苗，並應將疫苗立即存放於攝氏+2 度至+8 度的雪櫃。
 2. 請通知診所醫生及向疫苗供應商查詢
 3. 在'溫度超溫事故報告表' 填寫有關事故並傳真至項目管理及疫苗計劃科